

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

## 宜蘭縣政府衛生局 函

地址：260026宜蘭縣宜蘭市女中路2段287號

承辦人：胡毓芬

電話：9322634#1239

電子信箱：af2047@mail.e-land.gov.tw

260

宜蘭市女中路三段102號6樓

受文者：宜蘭縣藥師公會

發文日期：中華民國112年8月25日

發文字號：衛食藥字第1120023769號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關佳醫健康事業股份有限公司之「"杰斯"血袋」(衛署醫器輸字第009252號)(型號：95-91-48-3050-44)(批號：230317001、230321001、230328001、230331001、230404001、230406002、230414001、230417002)醫療器材產品回收一案，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據新北市政府衛生局112年8月23日新北衛食字第1121620437號函辦理。
- 二、案係旨揭產品部分批號產品之紅血球袋(RBC Bag)輸血接頭(Blood Port)在製造過程中因機械問題導致輸血接頭處熔接不全而產生瑕疵，故該公司啟動產品回收。
- 三、請協助轉知所屬會員或相關機構業者，倘有陳列販售本案醫療器材，應配合旨揭公司辦理回收作業，以維護民眾安全及權益。

正本：宜蘭縣醫師公會、宜蘭縣藥師公會、宜蘭縣藥劑生公會、宜蘭縣西藥商業同業公會、宜蘭縣商業總會、宜蘭縣各醫院

副本：本局食品藥物管理科

局長 徐迺維



食品藥物管理科科长莊淑姿决行  
本案依分層負責規定授權决行



莊淑姿