

正本

檔 號：

保存年限：

宜蘭縣政府衛生局 函

地址：260026宜蘭縣宜蘭市女中路2段287號

承辦人：胡毓芬

電話：9322634#1239

電子信箱：af2047@mail.e-land.gov.tw

260

宜蘭市女中路三段102號6樓

受文者：宜蘭縣藥師公會

發文日期：中華民國112年7月14日

發文字號：衛食藥字第1120019367號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關厚美德生物科技股份有限公司製造販售之「厚美德金輕鬆血糖檢測系統」(衛部醫器製字第006265號，生產批號：C4H26011F，有效期限：2024/06)醫療器材產品回收一案，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據新竹縣政府衛生局112年7月12日新縣衛食藥字第1123800854號函辦理。
- 二、案係旨揭醫療器材外包裝未依核准刊載且有效期限僅標示「年/月」，涉違反醫療器材管理法規定。該局已命旨揭醫療器材許可證持有廠商「厚美德生物科技股份有限公司」，依據「醫療器材回收處理辦法」之第3級回收相關規定於期限內辦理旨揭產品回收作業。
- 三、請協助轉知所屬會員或相關機構業者，倘有陳列販售本案醫療器材，應配合旨揭公司辦理回收作業，以維護民眾安全及權益。

正本：宜蘭縣醫師公會、宜蘭縣藥師公會、宜蘭縣藥劑生公會、宜蘭縣西藥商業同業公會、宜蘭縣商業總會、宜蘭縣各醫院

副本：本局食品藥物管理科

局長 徐迺維

食品藥物管理科科长莊淑姿决行
本案依分層負責規定授權决行



食品藥物管理科科长莊淑姿