

## 宜蘭縣政府衛生局 函

地址：260026宜蘭縣宜蘭市女中路2段287  
號

承辦人：胡毓芬

電話：9322634#1239

電子信箱：af2047@mail.e-land.gov.tw

260

宜蘭市女中路三段102號6樓

受文者：宜蘭縣藥師公會

發文日期：中華民國112年7月31日

發文字號：衛食藥字第1120021051號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關保吉生化學股份有限公司之「快得利揣耶濟心臟檢測套組」(衛署醫器輸字第016054號)(批號：T13826N)醫療器材產品回收一案，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據新北市政府衛生局112年7月27日新北衛食字第1121427129號函辦理。
- 二、案係旨揭批號產品經原廠發出使用安全通知，該檢驗套組有使用受影響的批號時，在檢驗操作過程，其中肌鈣蛋白可能出現陰性結果有偏差的情況。
- 三、請協助轉知所屬會員或相關機構業者，如有案內批號產品請勿再使用，並儘速配合回收事宜，以維護民眾安全及權益。

正本：宜蘭縣醫師公會、宜蘭縣藥師公會、宜蘭縣藥劑生公會、宜蘭縣西藥商業同業公會、宜蘭縣商業總會、宜蘭縣各醫院

副本：本局食品藥物管理科

# 局長 徐迺維

食品藥物管理科科长莊淑姿決行

本案依分層負責規定授權決行

謝 函 籍 尋 函

