

藥商得於郵購買賣通路販售之醫療器材及應行登記事項公告事項第一點附件修正草案對照表

修正規定				現行規定				說明	
項次	品項代碼	名稱	鑑別範圍	產品示例	產品類型	品項代碼	名稱		鑑別範圍
1	E.2770	阻抗式體積描記器（阻抗式週邊血流描記器）	藉身體局部如手臂及腿部電阻的改變來估計末梢血液流量之器材。	體脂計	體脂計	E.2770	阻抗式體積描記器（阻抗式週邊血流描記器）	藉身體局部如手臂及腿部電阻的改變來估計末梢血液流量之器材。	一、增加「項次」欄位。 二、「產品類型」欄位名稱修正為「產品示例」，並修正欄位排序。
2	L.5300	衛生套（保險套）	可完全覆蓋陰莖的膜狀鞘。保險套是用來作避孕或預防目的（防止花柳病的傳遞）。此器材也可用來收集精液以協助診斷不孕症。	保險套	保險套	L.5300	衛生套（保險套）	可完全覆蓋陰莖的膜狀鞘。保險套是用來作避孕或預防目的（防止花柳病的傳遞）。此器材也可用來收集精液以協助診斷不孕症。	一、增加「項次」欄位。 二、「產品類型」欄位名稱修正為「產品示例」，並修正欄位排序。
3	L.5310	含殺精劑的衛生套	包含有潤滑劑及殺精劑 nonoxynol-9，可完全覆蓋陰莖的膜鞘。此保險套是用來避孕或作預防用（防止花柳病的傳遞）。	保險套	保險套	L.5310	含殺精劑的衛生套	包含有潤滑劑及殺精劑 nonoxynol-9，可完全覆蓋陰莖的膜鞘。此保險套是用來避孕或作預防用（防止花柳病的傳遞）。	一、增加「項次」欄位。 二、「產品類型」欄位名稱修正為「產品示例」，並修正欄位排序。
4	L.5460	具香味或除臭的衛生棉條	由纖維或合成材質製成的塞子，	衛生棉條	衛生棉條	L.5460	具香味或除臭的衛生棉條	由纖維或合成材質製成的塞子，	一、增加「項次」欄位。

		生棉塞	可用來插入陰道吸收月經或其他陰道分泌物。它為了感覺舒適（有香味的月經棉塞）或為了除臭目的（香氣除臭之月經棉塞）而添加香料（如芳香性物質）。此器材一般型不包含治療用含有抗微生物劑或其他藥物的月經棉塞。				生棉塞	可用來插入陰道吸收月經或其他陰道分泌物。它為了感覺舒適（有香味的月經棉塞）或為了除臭目的（香氣除臭之月經棉塞）而添加香料（如芳香性物質）。此器材一般型不包含治療用含有抗微生物劑或其他藥物的月經棉塞。	二、「產品類型」欄位名稱修正為「產品示例」，並修正欄位排序。
5	L.5470	無香味的衛生棉塞	纖維或合成材質製成的塞子，可用來插入陰道吸收月經或其他陰道分泌物。此器材一般型不包括治療用帶有香味（如芳香性物質）或含有抗微生物劑或其他藥物之月經棉塞。	衛生棉條	衛生棉條	L.5470	無香味的衛生棉塞	纖維或合成材質製成的塞子，可用來插入陰道吸收月經或其他陰道分泌物。此器材一般型不包括治療用帶有香味（如芳香性物質）或含有抗微生物劑或其他藥物之月經棉塞。	一、增加「項次」欄位。 二、「產品類型」欄位名稱修正為「產品示例」，並修正欄位排序。
6	I.4040	醫療用衣物	醫療用衣物是用來防止病人與醫護人員之間的微生物、體液以及粒狀物質的傳遞，此類產	手術用口罩、手術用N95口罩					本項新增。

			<p>如：手術帽、頭巾、面（口）罩、手術衣、手術鞋、鞋套，以及隔離面罩、衣物。刷手時穿著的手術衣服不在此類。分級：為執行手術程序（ Surgical procedure ）而穿戴之外科手術衣及面（口）罩屬第 2 等級；其餘產品屬於第 1 等級。「醫用面（口）罩」皆應符合國家標準 CNS14774（ T5017）「醫用面罩」或其他具等同性國際標準之性能規格要求；另若標示/宣稱具 N95（等同或以上者）效果之「醫用面（口）罩」者，其面（口）罩之防護效率及呼吸氣阻抗（壓差）則改依 CNS14755</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			( Z2125 ) 「拋棄式防塵口罩」D2 等級 ( 等同或以上者 ) 之性能規格要求。						
7	I.0004	酒精棉片	酒精棉片為一含酒精的非吸收式綿片，用於如皮膚清潔、消毒等醫療目的。	酒精棉片、酒精棉球					<u>本項新增。</u>
8	I.0005	優碘棉片	優碘棉片為一含優碘的非吸收式綿片，用於如傷口清潔、消毒等醫療目的。	優碘棉片、碘液棉棒、碘液紗布					<u>本項新增。</u>
9	I.4014	外部使用非吸收式紗布或海綿球	外部使用非吸收式紗布或海綿球是一種無菌或非無菌的器材，用於如將其置於傷口上以吸收分泌物等醫療目的。其成分為由棉花纖維素或纖維素之單一化學衍生物開放編織或未編織網孔之長條、小片、或墊片；分級：第一級。適用於嚴重燒燙傷(三級)、免縫(可取代外	凡士林紗布					<u>本項新增。</u>

			科縫線)、或添加藥品(如抗生素)、或生物性製劑(如生長激素)、或動物來源之材料;分級:第二級。					
10	J. 5240	醫療用黏性膠帶及黏性繃帶	鑑別:醫療用黏性膠帶及黏性繃帶用以覆蓋及保護傷口、促使表皮傷口黏合、支撐患部、固定皮膚覆蓋物。其材質為條狀布料或塑膠材質,背面具有黏性材質。其組成可包含未含消毒劑之手術敷料墊。分級:(1)適用於第三級燒燙傷、免縫(可取代外科縫線)、添加藥品、具有動物來源之材料、含有抑菌成分等屬於第二等級;(2)非屬於第二等級列舉項目屬於第一等級。	免縫膠帶				本項新增。

11	M. 5918	硬式透氣 隱形眼鏡 保存用產 品	硬式透氣隱形眼鏡維護產品是用來清潔、清洗、潤濕或保存硬式透氣隱形眼鏡之用，包括所有與硬式透氣隱形眼鏡併用之錠片與溶液。分級：隱形眼鏡保存盒屬第一等級，其餘產品屬第二等級	硬式隱形眼鏡清潔液、保養液、保存液、護理液、濕潤液、雙氧系統、去蛋白錠、隱形眼鏡用緩衝生理食鹽水				本項新增。
12	M. 5928	軟式隱形 眼鏡保存 用產品	軟式(親水性)隱形眼鏡維護產品是用來清潔、清洗、消毒、潤濕或保存軟式(親水性)隱形眼鏡之用，包括所有與軟式(親水性)隱形眼鏡併用之錠片與溶液，以及用熱的方式來消毒軟式(親水性)隱形眼鏡的熱消毒器。分	軟式隱形眼鏡清潔液、保養液、保存液、護理液、濕潤液、雙氧系統、去蛋白錠、隱				本項新增。

			級：隱形眼鏡保存盒屬第一等級，其餘產品屬第二等級。	形眼鏡用緩衝生理食鹽水					
13	J. 2910	臨床電子體溫計	臨床電子體溫計是藉由轉換器，藉著電子訊號放大，調整及顯示的方法，來測量患者體溫的器材。轉換器是置於可分離之探針中。探針含有或無可拋棄之覆膜。	電子體溫計、電子基礎體溫計、紅外線耳溫槍、紅外線額溫槍、耳溫套					<u>本項新增。</u>
14	E. 1130	非侵入性血壓測量系統	非侵入性血壓測量系統是可提供來自收縮壓，舒張壓，平均壓或三種壓之任意組合之信號之器材，這些血壓可藉著在體表放置傳導器（transducer）而得到。	血壓計					<u>本項新增。</u>